

MAL/HİZMET ADI	1 Yıl Süreli Disposable Genel Cerrahi Örtü Seti Alımı
TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER	<p>TİTUBB Kapsamın da Olan Ürün / Ürünler için:</p> <ol style="list-style-type: none">İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"TİTUBB Ürün Onay Belgesi: İsteklinin teklif ettiği ürün/ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında iseFirma / Bayi Kodu Belgesiİstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orijinal tanıtım broşürünü veya orijinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır. (İstenmişse) <p>TİTUBB Kapsamın da Olmayan Ürün/ Ürünler için:</p> <ol style="list-style-type: none">İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" (İstenmişse)Üretici Firma ISO BelgesiÜrüne ait CE veya FDA veya TSE Belgesiİstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orijinal tanıtım broşürünü veya orijinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır.(İstenmişse)
TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">Setler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.Seti oluşturan materyaller antistatik, antialerjik, antibakteriyel ve medikal kullanıma uygun olmalıdır. İpliklenme (hav) yapmamalı sağlam yapıda ve enfeksiyon riski olmamalıdır. Ürünler EN 13795+A1 standartlarında üretilmiş olup, belge ihale dosyasında mutlaka sunulmalıdır.Hasta üst örtülerinde kullanılan kumaşlar, üst katı ameliyat sırasında oluşacak kan, alkol, veya bu özellikteki sıvıları absorbe eden emici non woven, alt katı bu sıvıların alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli medikal polietilen malzemeden imal edilmiş,2 katlı 56 gr viskon biflex kumaş olmalıdır. Tüm örtülerde operasyon alanlarında 70 gr kumaştan yapılmış extra takviye bulunmalıdır, <u>bu özellik vazgeçilmez özelliktir.</u> Bu materyal, hastanın kat kat örtülmesini engelleyerek, tek bir örtü ile kısa sürede ameliyata hazırlanmasını ve sıvı penetrasyonunu önleyerek, enfeksiyon riskinin minimize edilmesini sağlamalıdır.Örtülerde kullanılan yapışkan cilt bantlar tamamen medikal kullanıma uygun

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)

antialerjik yapıda olmalıdır. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalıdır, ayrıca yapışkan bantların eldivene yapışmadan kolay açılabilmesi için iki kenarından 10 ar ve alt kısmında 1,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Alet masa örtüsü Sıvı penetrasyonunu engellemek için 65 micron (+/- 5) kalınlığında polietilenden imal edilmiş olmalıdır. Örtü sıvıyı emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve örtünün altına geçirmeyecek nitelikte olmalıdır. Örtülerin üst kısmında aletlerin kaymasını engelleyen sıvı emici (non-woven) takviye yapıştırılmış olmalıdır.

6. Yan bantlı örtülerde kullanılan yapışkan cilt bantları tamamen medikal kullanıma uygun antialerjik yapıda olmalıdır. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalıdır, ayrıca yapışkan bantların eldivene yapışmadan, kolay açılabilmesi için üstteki koruyucu kağıdın iki kenarından 10 ar ve alt kısmında 1,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yan bantlı örtü Önlük materyalinden yapılmalıdır.

7. Anestezi örtüsü 150*240 cm(+/- 10 cm) uzun kenar ortada 100cm ve bantlı ayak örtüsü 150*180 cm (+/- 10 cm) kenarı bantlı olacak şekilde olmalıdır. Yan bantlı örtülerin uzun kenarı bantlı olmalıdır.

8. Mayo Masa Örtüsü masayı tamamen örtecek torba şeklinde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır. Mayo masa örtüsü Sıvı penetrasyonunu engellemek için 65 micron (+/- 5) kalınlığında polietilenden imal edilmiş olmalıdır. Örtü üzerindeki takviye sıvıyı emen nonwoven malzeme, tüm parçaları alet masa örtüsü içine kullanım sırası ile yerleştirilip, krep kağıda sarılıp, steril poşete konulmalıdır.

9. Cerrahi önlüklerde kullanılan malzeme medikal amaçlı üretilmiş olmalı. Antistatik, Antibakteriyel bariyer özelliği yüksek, 5 katlı 50gr/m2 (+/-5 gr) SSMMS Nonwoven olmalıdır. Önlüklerin kolları üstten ultrasonik dikiş ile dikilmeli manşetler 8- 10cm kalınlığında olup dikişsiz kolu rahatça kavrayan elastik malzemeden olmalıdır. Önlüklerin yoğun sıvı ile temas eden ön gövde, omuzlardan etek ucuna kadar ve kollar dirsek üstüne kadar olan kısımlarına kesin sıvı geçirmezliği olan bir tarafı polietilen diğer yüzü emici Nonwoven tabakadan oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviyeler önlüğün iç kısmında olmalıdır. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla steriliteyi bozmayacak şekilde bağlanabilecek şekilde katlanmalı, dış iki kuşak kartonla tutturulmalıdır.

10. Ürün paketlenme imalatçı firma bilgileri sterilizasyon yöntemi, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, ürün içeriği ve ölçü bilgileri bulunmalıdır.

11. Ürünlerin sterilizasyon tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

12. Teslim edilen her ürün numune kabul edilecek olup, hastane idaresince gerekli görülmesi halinde, yeterli sayıda ürünlerden sterilite testi istenecektir. Bu test hastanenin belirleyeceği, tarafsız, akredite olmuş bir laboratuvar tarafından yapılacaktır. Tüm test masrafları, ihale sonucu ürünler uhdesinde kalmış firma tarafından karşılanacaktır.

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

1	GENEL CERRAHİ SETİ			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	Mayo Masa Örtüsü	78*145	PE+NW	1
	U Yarıklı Örtü (10*100 açıklık ve açıklık çevresi cilt bantlı olmalıdır.)	150*300	2 KATLI	1
	Korumsal Cerrahi Önlük	L	SSMMS	3
	Alet Masa Örtüsü	150*150	PE+NW	1
	Havlu	40*40	ST	8
	Ayak Örtüsü Bantlı (Örtüde en Az 105 gr/m2 ağırlığında 25*60 cm takviye bulunmalıdır.) (Örtünün 200 cm' lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	200*200	2 KATLI	1
	Anestezi Örtüsü (Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	150*200	2 KATLI	1
	Yan Bantlı Örtü (Örtünün 150 cm'lik kenarı 150 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	150*150	2 KATLI	2
	Heybe	28*33	PE	1
	Yapışkan Bant	10*50	ST	1
	Arka Masa Örtüsü (Sterilizasyon Bohçası gibi kullanılacak)	100*150	SMS	1
2	BY PASS SETİ			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	Havlu	40*40	ST	7
	Korumsal Cerrahi Önlük	M	SSMMS	1
	Korumsal Cerrahi Önlük	L	SSMMS	2
	U Yarıklı Örtü (10*100 açıklık ve açıklık çevresi cilt bantlı olmalıdır.)	150*260	2 KATLI	1
	Yan Bantlı Örtü (Örtünün 120 cm' lik kenarı 120 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 4'er cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	90*120	2 KATLI	2

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

Doküman Kodu: DK.YD.05

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:-

Sayfa 4 / 12

Kvc Örtüsü
(Örtüde en az 105 gr/m2 ağırlığında 50*160 cm takviye bulunmalıdır. Örtü üzerinde 32*40 cm insizyonlu delik açıklığı bulunmalı ve bu deliğin 4 tarafı bantlı olmalıdır.Takviye kenarında 2 adet cepli heybe bulunmalıdır.Kvc örtüsü T şeklinde olmalı, anestezi kısmı sola doğru 40 cm daha geniş olmalıdır.) Anestezi tarafında kalan takviye tamamen yapışık olacaktır. 3 delikli kablo aılığı bulunacaktır. Ayak tarafında 15*30 cm ekstra takviye olacaktır.

260*310

3 KATLI

1

Patik(Patik üzerinde yapıştırmayı sağlayan cilt bandı bulunmalıdır)

ST

2 KATLI

2

Heybe(seyyar poşet pvc)

28*33

PE

2

Yapışkan Bant

10*50

ST

6

Mayo Masa Örtüsü

78*145

PE+NW

1

Alet Masa Örtüsü

150*200

PE+NW

2

Düz Bohça Örtüsü
(Örtü alet masa örtüsü üzerine serilerek iki örtü aynı anda sete sarılacaktır)

150*200

2 KATLI

1

Sterilizasyon Bohçası

100*100

SMS

1

ÇOCUK CERRAHİ ÖRTÜ SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

Havlu

40*40

ST

6

Mayo Masa Örtüsü

78*145

Pe+Nw

1

Korunmalı Cerrahi Önlük

L

SSMMS

2

Alet Masa Örtüsü

150*150

Pe+Nw

1

Anestezi Örtüsü

(Örtünün 230 cm'lik kenarı 230 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)

150*200

2 KATLI

1

Yan Bantlı Örtü

(Örtünün 125 cm'lik kenarı 125 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 4'er cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)

100*125

2 KATLI

4

Ayak Örtüsü Bantlı (Örtüde 2 ad Koter,Aspiratör kablolarının takılmasını sağlayacak Delikli kumaş bulunmalıdır.)
(Örtünün 165 cm'lik kenarı 165 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır.)

200*165

2 KATLI

1

Heybe

28*33

PE

1

Yapışkan Bant

10*50

ST

1

Sterilizasyon Bohçası

100*100

SMS

1

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

4	TUR ÖRTÜ SETİ			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	Alet Masa Örtüsü	150*200	PE+NW	1
	Tur Örtüsü (Örtü lithotomik pozisyonadaki hastayı tek seferde örtebilecek yapıda bacak kılıflı tek parça kumaştan yapılmış olmalıdır. Örtünün insizyon bölgesi en az 30*30 cm ebatlarında 105 gr/m2 ağırlığında takviye ile desteklenmelidir. Örtü üzerinde bulunan poş en az 80 cm eninde olmalı ve poş içerisinde dokuların süzülmesini sağlayacak aynı zamanda dokuların toplanmasına imkan verecek yapıda süzgeç bulunmalıdır)	230*240	2 KATLI	1
	Düz Örtü	100*120	2 KATLI	1
	Nonwoven Bant	10*30	ST	1
	Takviyeli Cerrahi Önlük	L	SSMMS	3
	Havlu	40*40	ST	3
5	KRANIATOMY SETİ			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	Craniotomi Örtüsü (Örtüde 20*30 cm ebatlarında insizyon alanı, en az 50*65 cm ebatlarında 105 gr/ takviye bulunmalıdır. Örtü üzerinde bulunan poş en az 80 cm eninde olmalı ve poş içerisinde dokuların süzülmesini sağlayacak aynı zamanda dokuların toplanmasına imkan verecek yapıda süzgeç bulunmalıdır)	240*330	2 KATLI	1
	Yan Bantlı Örtü (Örtünün 100 cm'lik kenarı 100 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 4'er cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	100*100	2 KATLI	4
	Düz Örtü	150*250	2 KATLI	2
	Alet Masa Örtüsü	150*200	PE+NW	2
	Korumalı Cerrahi Önlük	L	SSMMS	1
	Korumalı Cerrahi Önlük	XL	SSMMS	2
	Mayo Masa Örtüsü	78*145	PE+NW	1
	Yan Bantlı Örtü (Örtünün 250 cm'lik kenarı 250 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	150*250	2 KATLI	1
	Heybe	28*33	PE	1
	Yapışkan Bant	10*50	ST	1
	Bacak kılıfı	65*120	2 KATLI	1
	Havlu	40*40	ST	3
	Sterilizasyon Bohçası	100*100	SMS	1
6	KBB MÜDAHALE SETİ			

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ÜRÜN İÇERİĞİ

Havlu	40*40	ST	3
Düz Örtü	150*200	2 KATLI	1
Delikli Örtü (13 Ç Bantlı Dlk.) (Delikli örtünün delik etrafında cilt bandı bulunmalıdır.)	100*100	2 KATLI	1
Yapışkan bant	10*50	ST	1
Alet Masa Örtüsü	100*150	PE+NW	1

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

Femoral Delikli Anjio Örtüsü (Örtü üzerinde en az 10 çap femoral delik bulunmalı ve delik üzerine insizyon yapıştırılmış olmalıdır. Örtü üzerinde 80*120 cm ebatlarında en az 105 gr/m2 ağırlığında takviye bulunmalıdır)	200*350	2 KATLI	1
Alet masa örtüsü	150*150	PE+NW	1
Sıvı Kabı	250 ml	ST	3
Boyama Süngeri	ST	ST	1
Yapışkan bant	10*50	ST	1
Standart Cerrahi Önlük	XL	SSMMS	2
Havlu	40*40	ST	2
Dedektör Koruyucu Örtü	80 Ç	PE	1
Kurşun Kalkan Örtüsü	80*120	PE	1
Tepsi	1000	ST	1
Anjio Kumanda Modülü Örtüsü	90*150	PE	1

FEMORAL RADİAL ANJİO SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

Femoral Radyal Anjio Örtüsü (7*12 cm Radyal Delik, insizyon üzerinde 6*4 cm delik bulunmalıdır. Femoralde 12 Cm delik,insizyonda 7 Cm Delik bulunmalıdır.Baş Tarafından 80 Cm aşağıda en az 75*120 ebatlarında 105 gr takviye bulunmalıdır.)	150*380	2 KATLI	1
Kalkan Örtüsü(Skopi)	80*120	PE	1
Korumalı Cerrahi Önlük Beyaz Manşet	L	SSMMS	2
Spanç	7,5*7,5	8 katlı	5
Fluoroskopi Kılıfı	90 Çap	PVC	1
Sıvı Kabı (Kabin İçine Ürün Konmayacak)	500ML	ST	2
Boyama Süngeri (Paketin En Üstünde Olacak)	Büyük		1
Alet Masa Örtüsü	150*200	PE+NW	1
Havlu	40*40	ST	2
Kol Altı Örtüsü	70*70	2 KATLI	1

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ MÜDAHALE SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

9

Havlu	40*40	ST	2
Düz Örtü	150*200	2 KATLI	1
Delikli Örtü (13 C Bantlı Dik.) (Delikli örtünün delik etrafında cilt bandı bulunmalıdır.)	100*100	2 KATLI	1
Korunmalı Cerrahi Önlük Beyaz Manşet	L	SMMS	2
Yapışkan bant	10*50	ST	1
Sıvı Kabı	250 ml	ST	1
Boyama Süngeri	ST	ST	1
Alet Masa Örtüsü	100*150	PE+NW	1

RHINOPLASTY SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

10

Standart Cerrahi Önlük	M	SSMMS	2
Mayo Masa Örtüsü	78*145	PE+NW	1
Kurulama Havlusu	40*40		4
Bantlı Örtü (Örtünün 180 cm'lik kenarı 180 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır. Örtüde 50*100 cm ebatlarında kablo tutacaklı en az 105 gr/m2 ağırlığında takviye bulunmalıdır.)	180*300	2 KATLI	1
Delikli Örtü (Örtünün 140 cm'lik kenarından 75 cm'den 15*15 cm kare delik açılmalıdır. Kare deliğin etrafında en az 105 gr/m2 ağırlığında 65*75 cm ölçülerinde takviye bulunmalıdır. Delik etrafı yapışkan bantlı olmalı ve örtü üzerinde hastanın baş kısmını gösteren ve örtüyü hasta üzerine sermeyi kolaylaştıran kafa işaret etiketi bulunmalıdır.	150*120	3 KATLI	1
Yapışkan bant	10*50	ST	1
Alet Masa Örtüsü	100*150	PE+NW	1

KULAK SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

11

Havlu	40*40	ST	4
Bantlı Örtü (Örtünün 220 cm'lik kenarı 220 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır. Örtüde 50*100 cm ebatlarında en az 3 ad kablo tutacaklı 105 gr/m2 ağırlığında takviye bulunmalıdır.)	180*300	2 KATLI	1
Yan Bantlı Örtü (Örtünün 100 cm'lik kenarı 50 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 4'er cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır. Örtüde en az 105 gr/m2 ağırlığında 40*50 cm ebatlarında takviye bulunmalıdır.)	100*100	2 KATLI	3

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

Delikli Örtü (15 Ç Dlk.İnsüzyonlu 10 Ç İnsz.Dlk.)
(Örtü üzerinde 15 çap delikli insizyon alanı bulunmalıdır. İnsizyon delik üzerinde 10 çap ebatında ayrı bir delik daha bulunmalıdır.Delik etrafında 105 gr/m2 ağırlığında 40*50 cm ebatlarında takviye bulunmalıdır.)

100*100

2 KATLI

1

Korunmalı Cerrahi Önlük

L

SSMMS

2

Alet Masa Örtüsü

100*150

PE+NW

1

Mayo Masa Örtüsü

78*145

PE+NW

1

Yapışkan bant

10*50

ST

1

ARTROSKOPİ OMUZ SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

Yan Bantlı Örtü
(Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)

200*200

2 KATLI

2

Alet Masa Örtüsü

200*200

PE+NW

1

Düz bohça Örtüsü
(Örtü alet masa örtüsü üzerine serilerek iki örtü aynı anda sete sarılacaktır)

200*200

2 KATLI

1

Havlu

40*40

ST

8

Korunmalı Cerrahi Önlük

L

SSMMS

4

U Yarıklı Örtü
(10*100 açıklık ve açıklık çevresi cilt bantlı olmalıdır.)

150*300

2 KATLI

1

Anestezi Örtüsü
(Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)

150*200

2 KATLI

1

Mayo Masa Örtüsü

78*145

PE+NW

1

Coban Bandaj

10*450

ST

1

Steril Cilt Kalemi

ST

ST

1

Heybe

28*34

PE

1

Omuz Artroskopisi Örtüsü
(Örtüde en az 105 gr/m2 ağırlığında 100*120 cm ebatlarında takviye bulunmalıdır. Takviyenin her iki kenarında cepler bulunmalıdır. Örtüde ekstremitte çevresini saracak yapıda esnek elastanlı film bulunmalıdır. Takviye üzerine 4 adet yapışkan özellikte cırt bantlar yapıştırılmalıdır. Örtü üzerinde en az 100 cm eninde ve 70 cm boyunda poş bulunmalı bu poş sıvıyı tahliye edebilecek bir drenaja sahip olmalıdır.

240*320

2 KATLI

1

Sterilizasyon Bohçası (bohçalanacak üstteki sıraya göre)

120*120

SMS

1

ORTOPEDİ CERRAHİ (KALÇA) ÖRTÜ SETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

Havlu

40*40

ST

5

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

Doküman Kodu: DK.YD.05

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:-

Sayfa 9 / 12

		Korunmalı Cerrahi Önlük	L	SSMMS	2
		Korunmalı Cerrahi Önlük	XL	SSMMS	2
		Yan Bantlı Örtü	150*150	2 KATLI	1
		U Yarıklı Örtü (10*100 açıklık ve açıklık çevresi cilt bantlı olmalıdır.)	150*300	2 KATLI	1
		Bacak Kılıfı (Bacak kılıfı esnek yapıda ribanalı ve 5 cm eninde sms kuşağa sahip olmalıdır)	40*100	2 KATLI	1
		Anestezi Örtüsü (Örtünün 250 cm'lik kenarı 250 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır.250 cm örtünün eni, 150 cm boyu olmalı ve örtü üzerinde bu bilgiler yazılmalıdır)	150*250	2 KATLI	1
		Yan Bantlı Örtü (Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	150*200	2 KATLI	2
		Delikli Örtü (Delikli örtünün baş kısmının 50 cm aşağısında elastik özellikte film ve kalça örtü açıklığı bulunmalıdır. Açıklık çevresinde en az 105 gr/m2 ağırlığında kablo tutacaklı 75*80 ebatlarında takviye bulunmalıdır)	200*200	2 KATLI	1
		Bantlı Ayak Örtüsü (katlanacak) şeffaf olacak. (Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır)	200*200	ŞEFFAF	1
		Coban Bandaj	10*450		1
		Nonwoven Bant	10*50	SSMMS	4
		Seyyar Poşet	28*33	PE	1
		Mayo Masa Örtüsü	78*145	PE+NW	1
		Düz Bohça Örtüsü (Örtü alet masa örtüsü üzerine serilerek iki örtü aynı anda sete sarılacaktır)	200*200	2 KATLI	1
		Alet Masa Örtüsü	200*250	PE+NW	1
14	VERTABRA ÖRTÜ SETİ				
	ÜRÜN İÇERİĞİ		EBAT	MATERYAL	ADET
	Alet masa örtüsü		200*200	PE+NW	1
	Düz Bohça Örtüsü (Örtü alet masa örtüsü üzerine serilerek iki örtü aynı anda sete sarılacaktır)		200*200	2 KATLI	1
	Vertebra Örtüsü(İnsizyonlu) ins.25*45 (Örtüde 25*45 cm delik bulunmalı ve delik üzerinde insizyon bulunmalıdır. Delik çevresinde en az 105 gr/m2 ağırlığında 75*80 cm ebatlarında takviye bulunmalıdır.)		240*320	2 KATLI	1

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

Doküman Kodu: DK.YD.05

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:-

Sayfa 10 / 12

	15	Bantlı Ayak Örtüsü (Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır. Örtü şeffaf yapıda olmalıdır)	200*200	ŞEFFAF	1
		Korunmalı Cerrahi Önlük	XL	SL	4
		Havlu (önlüklerin havlusu)	40*40	ST	6
		Mayo Masa Örtüsü	80*140	PE+NW	1
		Yan bantlı Örtü (Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır.)	150*200	2 KATLI	4
		Heybe	28*33	PE	1
		Yapışkan Bant	10*50	ST	1
	16	EMBRİYO TRANSFER SETİ			
		ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
		Opu Delikli Örtü (Örtü üzerinde 15*15 cm delik bulunmalı ve bu delik çevresi yapışkan bantlı olmalıdır)	130*130	2 KATLI	1
		Düz Örtü (Set düz örtüye sarılacaktır)	100*100	2 KATLI	1
	17	Düz Örtü	90*70	2 KATLI	1
		DÜZ ÖRTÜ			
		ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	18	Düz Örtü	200*200	TDL	1
		STERİL KORUMALI CERRAHİ ÖNLÜK			
		ÜRÜN İÇERİĞİ17	EBAT	MATERYAL	ADET
		Korunmalı Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Prot	L-XL	SSMMS	1
	19	Havlu	40*40	ST	1
		STERİL DELİKLİ ÖRTÜ			
		ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	20	Delikli Örtü (R:7CM) (Örtüde 7 cm çapında delik bulunmalı ve bu delik çevresi cilt bandı ile bantlanmış olmalıdır.)	50*75	2 KATLI	1
		BACAK KILIFI			
		ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)

	Bacak Kılıfı	65*120	2 KATLI	1
	STERİL ALET MASA ÖRTÜSÜ			
20	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
	Alet Masa Örtüsü	100*150	Pe+Nw	1
	GÖZ ÖRTÜ SETİ (FAKO)			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
21	Tek Poşlu Göz örtüsü (Örtüde 10*10 cm delik bulunmalı ve bu delik üzeri insizyon film ile kaplanmış olmalıdır. Deliğin bir kenarında sıvı toplanmasına imkan verecek yapıda torba bulunmalıdır.)	100*160	SMS	1
	Hasta Örtüsü	160*250	SMS	1
	Korunmalı Cerrahi Önlük	L	SSMMS	2
	Alet Masa Örtüsü	100*150	PE+NW	1
	Medikal Havlu	40*40	ST	2
	TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
22	Tek Poşlu Göz örtüsü (Örtüde 10*10 cm delik bulunmalı ve bu delik üzeri insizyon film ile kaplanmış olmalıdır.Deliğin bir kenarında sıvı toplanmasına imkan verecek yapıda torba bulunmalıdır.)	100*160	SMS	1
	KOLONOSKOPİ ŞORTU			
	ÜRÜN İÇERİĞİ	EBAT	MATERYAL	ADET
23	Lacivert renkli, lastikli, delikli, diz altı uzunluğu (Kolonoskopi şortu koyu renkte en az 45 gr/m2 ağırlığında içi göstermeyen sms kumaş materyalinden yapılmış olmalıdır. Şortun bel kısmı lastikli ve işlem yapılmasına imkan verecek ölçüde bir delik açıklığına sahip olmalıdır. Şort üzerinde bulunan delik üzerinde istenildiğinde kapatabilmeyi sağlayan ayrı bir parça bulunmalıdır)	L	SMS	1

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)

ORTOPEDİ ATROSKOPİ BANTLI POŞ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

24

100 CM ENİNDE VE 70 CM BOYUNDA ÜÇGEN POŞ VE BU POŞ SIVIYI TAHLİYE EDECEK BİR DRANAJA SAHİP OLMALIDIR. POŞUN 100CM LİK OLAN KENARINDA 100 CM EBATINDA BANT BULUNMALIDIR.

100*70
CM

1

ANESTEZİ ÖRTÜSÜ

ÜRÜN İÇERİĞİ

EBAT

MATERYAL

ADET

25

Anestezi örtüsü
Örtünün 200 cm'lik kenarı 200 cm bantlı ve bandın her iki ucunda 7'şer cm açmayı kolaylaştıran tutma payı bulunmalıdır.

150*200

2 KATLI

1

**KABUL ve
MUAYENE**

1. Kabul ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca sarf malzemelerinin orjinal olduğunun kontrolü (katalogdan) ve sayımı yapılacaktır.
2. İmalatı sürdürülen, en yüksek kalitede sistemler teklif edilecektir. Yüklenici firmalar, İdare'nin teknik şartnamelerinde yer alan teknik şartlara uygun en yüksek kalitedeki sistemlerini teklif edeceklerdir. İmalattan kaldırılan veya eski tekniklerle imal edilmiş sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında firmalardan mal/hizmet teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve test cihazı, servis manueli düzeneğini ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur.
4. Hastane idaresi şartname maddelerinin kontrolü, test, ölçüm, analiz işlemleri için bağımsız bir kuruluştan rapor, sertifika alabilir ve değerlendirme yaptırabilir.

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**